ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

DMA KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

POJIŠTĚNEC

ID

Jméno: Pojišťovna:

Adresa: Číslo pojištěnce:

Telefon: Výška (cm):

E-mail: Váha (kg):

MECHANICKÝ VOZÍK REHATEAM A&I

KOD	NAZ	DOP	MFC	UHR1	UHS
⊙ 5017985	228-24J	Vozík mechanický dětský odlehčený *(maximální nosnost vozíku je 50 kg)*	17 500,00	17 500,00	07.01.01.07

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Skládací rám, odnímatelné nastavitelné postranice, odklopné a odnímatelné podnožky, nastavitelné stupačky.

Chrániče drátů:	⊙ ano	Sedací polštář:	⊙ ano	Pneumatická zadní kola:	⊙ ano
Stabilizační kolečka:	⊙ ano	Adaptér těžiště:	⊙ ano	Plná přední kola:	⊙ ano
Výsuvná madla pro doprovod:	⊙ ano	Nastavitelné područky:	⊙ ano	Nastavení tuhosti opěrky:	⊙ ano

NASTAVENÍ VOZÍKU (cm)

Šířka sedu:	⊙ 36			
Hloubka sedu:	○ 38	○ 34		*(ve standardním provedení je hloubka sedu 38 cm)*
Výška sedu zadní:	○ 45	○ 48		*(ve standardním provedení je zadní výška sedu 45 cm)*
Výška sedu přední:	○ 46	○ 48	○ 50	*(ve standardním provedení je přední výška sedu 48 cm)*
Výška opěrky zad:	○ 32,5	○ 35	○ 37,5	*(ve standardním provedení je výška opěrky zad 35 cm)*
Délka stupačky:	○ 35	○ 37,5	○ 40	*(ve standardním provedení je délka stupačky 35 cm)*
Nastavení těžiště:	○ -3	○ +2	○ +4,5	*(ve standardním provedení je těžiště nastaveno na -3 cm)*
Výška madel:	○ 80	○	○ 80–90	*(ve standardním provedení je výška madel pro doprovod 80 cm)*

REPASOVANÝ ZP ○ ano ○ ne **UHR1**

Evidenční číslo:

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


KOD	NAZ	DOP	MFC	UHR1	UHS
☐ 5006357	RP 300-2	Fixační pás - dvoubodový dětský	1 590,00	1 431,00	07.01.03.01
☐ 5006376	RP 300-5	Fixační pás - pětibodový dětský	3 210,00	2 889,00	07.01.03.01
☐ 5006364	RP 309	Silikonové návleky na obruče 22" (pár)	4 050,00	3 645,00	07.01.03.01
☐	RP 82A	Držák berlí	280,00	0,00	NEHRAZENO

ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU

KOD	NAZ	DOP	NORTON	MFC	UHR1	UHS
☐						

ANATOMICKÉ ROZMĚRY KLIENTA (cm)

a:
b:
c:
d:



POZNÁMKA

Při schvalovacím procesu může dojít ze strany zdravotní pojišťovny ke změně zdravotnického prostředku, případně k jeho záměně za verzi repasovanou. Tu musí smluvní výdejce pojišťovny při výdeji vždy upřednostnit a její technická specifikace tak může být odlišná od konfigurace modelu nového.

Zaměřovací technik: **Podpis technika:**

Datum zaměření: **Podpis pojištěnce:**

DMA Praha s.r.o. | U Dálnice 207, 251 63 Kunice | t: 323 610 610 , 800 700 955 | e: info@dmapraha.cz | www.dmapraha.cz